

MED CONSULTING SRL

Via Revello 38/M

12037 Saluzzo (CN)

Dichiara sotto la propria responsabilità
che il prodotto

Guanti da esame in vinile senza polvere VAM Vinyl NM-45VT

è conforme alle disposizioni

Regolamento UE 1935/2004,

Regolamento UE 2023/2006

Regolamento UE 10/2011,

Regolamento UE 2017/752 e successive modifiche

Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successive modifiche

Specificazione dell'uso previsto o limitazioni

I guanti in nitrile possono essere utilizzati acriticamente durante la preparazione e il trattamento degli alimenti.

Possono entrare in contatto diretto con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei cibi grassi.

Testato con le seguenti soluzioni simulanti: Acido acetico 3%, Etanolo 20% nelle seguenti condizioni di prova: 120 minuti 70°C

Risultati della migrazione globale:

Simulant solution	Conditioning	Overall migration mg/dm ²
Acetic Acid 3%	120 minutes 70° C	0.75
Ethanol 20%	120 minutes 70° C	<0.5

Saluzzo, 02/01/2025

Andrea Anselmo
Amministratore Unico

