

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

MED CONSULTING SRL, via Revello, 38M, 12037 Saluzzo (CN)

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il Dispositivo Medico di seguito descritto

Modello

M+D Steril Gown codice N73A00

Basic UDI-DI 697442484L22QF

Nome e indirizzo del Fabbricante:

LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LIMITED, A-1506, Lar Valley International No. 168, Guang'anmen Wai Street,
Xicheng District, 100055 Beijing, P.R. China

- è conforme e risponde al Regolamento UE 2017/745
- è un Dispositivo Medico di classe Is
- è identico al Dispositivo Medico oggetto dell'Attestato di Certificazione CE Tipo nr. HZ 2039812-1 rilasciato il 24/05/2023 da TUV Rheinland LGS Products GmbH (Organismo Notificato n° 0197)
- è sottoposto alla procedura prevista all'Allegato IX Capitolo 1 Sezione 3 del Regolamento UE 2017/745 sotto il controllo di TUV Rheinland LGS Products GmbH (Organismo Notificato n° 0197)

Saluzzo, 23/01/2024

Giovanni Manzone

Amministratore Unico

